



Zapytanie ofertowe

w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS”, realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data zapytania	17.06.2026 r.
Nazwa Grantobiorcy	Centrum Medyczne MEDIKAR-Borowicz spółka jawna
Przedmiot zamówienia	Zakup aparatu USG z dodatkową głowicą pediatryczną- 1 szt.
Planowany termin realizacji (od - do)	25.06.2026 – 30.07.2026
Termin przesłania oferty	na adres email ikar.projekty25@gmail.com do dnia 2026-06-26

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest/są **Zakup aparatu USG z dodatkową głowicą pediatryczną- 1 szt.**

Wytyczne: mobilność i kompaktowość (przenośne urządzenie umożliwiające łatwe przemieszczanie między salami, co jest korzystne dla pacjentów o ograniczonej mobilności); różnorodność głowic (możliwość stosowania różnych typów głowic dostosowanych do badań różnych obszarów ciała, co zwiększa uniwersalność aparatu, szczególnie jeśli są dodatkowo głowice pediatryczne); intuicyjny interfejs użytkownika (prosty w obsłudze, z czytelnym menu); opcje dodatkowe: wyposażenie w baterię umożliwiającą pracę bez stałego zasilania, regulowany wózek – poprawiający ergonomię pracy.

Minimalne parametry techniczne: Stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością zablokowania każdego z kół, Waga <70 kg, kolorowy monitor LCD o przekątnej min. 23" z możliwością zmiany wysokości niezależnie od konsoli aparatu, intuicyjny w obsłudze wyświetlacz dotykowy min. 15", podnoszona konsola aparatu, wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych, pętli obrazowych i raportów z badania, 4 aktywne gniazda do podłączenia



głowic wyłącznie elektronicznych, tryby obrazowanie B, kolor doppler, doppler PWD, power doppler, M,

Wyposażony w głowicę convex o zakresie częstotliwości min. 2-5 MHz, szerokość pola obrazowania min. 70 stopni, głowicę liniową o zakresie częstotliwości od min. 5-10 MHz, głowicę pediatryczną mikrokonweksową o zakresie częstotliwości pracy od min. 5,0 – 10,0 MHz, kącie skanowania min. 130 stopni.

Zasilanie bateryjne pozwalające na pracę bez zasilania min. 10 min.

Możliwość podłączenia głowicy kardiologicznej pediatrycznej o zakresie częstotliwości pracy od min. 3,0 -7,0 MHz i kącie skanowania min 110 stopni. Wbudowany printer.

Aparat USG musi integrować się z posiadanym oprogramowaniem PergamonMED: PACS / VIEW, PergamonRIS, PergamonVIEW, Pergamon PUBLISH.

<https://pergamonmed.com/pl/products/>

2. Warunki udziału w postępowaniu

☒ nie dotyczy

☐ dotyczy

O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

a) [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)

b) [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)

c) [Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.](#)

Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedyńkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia).

Niespełnienie któregośkolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.

3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.

4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.

5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 90 dni od dnia ich przesłania.**

6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.

7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta spośród ofert prawidłowych formalnie, która otrzyma największą liczbę punktów.



Nazwa kryterium	Waga
☒ Cena	80% waga maksymalnie 80 pkt. Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób: $\text{Liczba pkt.} = (\text{cena netto najtańszej oferty} / \text{cena netto badanej oferty}) \times 80 \text{ pkt}$
☐ Termin realizacji zamówienia	n/d
☒ Okres gwarancji	20% waga maksymalnie 20 pkt. Liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób: Oferowany okres gwarancji (podany w liczbie miesięcy) 12 miesięcy - 5 pkt 24 miesiące - 10 pkt 36 miesięcy - 15 pkt. 48 miesięcy - 20 pkt.
☐ Inne ...	n/d

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający **przewiduje/nie przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej.



12. Osoby do kontaktu

W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z

Panem/-ią **Maciejem Borowicz** e-mail: ikar.projekty25@gmail.com tel. 604 615 097

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 17a do Procedury naboru OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym