Zapytanie ofertowe
w związku z realizacją Przedsięwzięcia w ramach Projektu grantowego pn. „Dostępność Plus dla AOS", realizowanego w ramach Działania FERS.03.07 programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027, określonego we wniosku o dofinansowanie projektu nr FERS.03.07-IP.07-0001/23, którego Beneficjentem jest Minister Zdrowia, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus

Data zapytania	**29.10.2026 r.**
Nazwa Grantobiorcy	**Centrum Medyczne MEDIKAR-Borowicz spółka jawna**
Przedmiot zamówienia	**Zakup aparatu USG - 1 szt.**
Planowany termin realizacji (od - do)	**09.11.2026 – 31.12.2026**
Termin przesłania oferty	na adres email ikar.projekty25@gmail.com do dnia 2026-11-06

Niniejsze postępowanie jest prowadzone zgodnie z zachowaniem zasady równego traktowania oraz uczciwej konkurencji wobec wszystkich potencjalnych oferentów. Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.

1. **Opis przedmiotu zamówienia**:
   Przedmiotem zamówienia jest/~~są~~ **Zakup aparatu USG - 1 szt.**

Planowany do zakupu Aparat USG jest mobilny, kompaktowy i wyposażony w zasilanie bateryjne, co pozwala na wykonywanie badań przy łóżku pacjenta, eliminując bariery transportowe i architektoniczne dla osób o ograniczonej mobilności. Regulowana wysokość monitora i konsoli oraz intuicyjny interfejs ułatwiają obsługę i dostęp pacjentom z różnymi potrzebami, w tym dzieciom i osobom starszym, redukując bariery fizyczne i poznawcze. Różnorodność głowic, w tym pediatryczna i kardiologiczna, umożliwia diagnostykę w wielu obszarach ciała i dla różnych grup wiekowych, eliminując barierę braku sprzętu dostosowanego do dzieci. Wbudowany system archiwizacji i integracja z oprogramowaniem PergamonMED zapewni szybki dostęp do wyników badań i ciągłość opieki, eliminując bariery informacyjne i organizacyjne.

Inteligentne oprogramowanie (AI) zastosowane w aparacie pozwoli na konsultacje z innymi specjalistami w czasie rzeczywistym wykonywania badania.

Sprzęt przeznaczony jest do poradni: kardiologicznej, urologicznej.

Głowica convex - badania urologiczne (nerki) u dorosłych, badania kardiologiczne (aorta) u dorosłych.

Głowica liniowa - badania dopplerowskie, badania urologiczne jąder u dorosłych.

Głowica kardiologiczna - badania kardio dorosłych.

Głowica endo - badania urologiczne dorosłych.

Głowica kardio pediatryczna - badania kardiologiczne pediatryczne u dzieci.

Wytyczne: mobilność i kompaktowość (przenośne urządzenie umożliwiające łatwe przemieszczanie między salami, co jest korzystne dla pacjentów o ograniczonej mobilności); różnorodność głowic (możliwość stosowania różnych typów głowic dostosowanych do badań różnych obszarów ciała, co zwiększa uniwersalność aparatu, szczególnie jeśli są dodatkowo głowice pediatryczne); intuicyjny interfejs użytkownika (prosty w obsłudze, z czytelnym menu); opcje dodatkowe: wyposażenie w baterię umożliwiającą pracę bez stałego zasilania, regulowany wózek – poprawiający ergonomię pracy.

Minimalne parametry techniczne: stacjonarny, mobilny na czterech skrętnych kołach z możliwością zablokowania każdego z kół, Waga <70 kg, kolorowy monitor LCD o przekątnej min. 23” z możliwością zmiany wysokości niezależnie od konsoli aparatu, intuicyjny w obsłudze wyświetlacz dotykowy min. 10”, podnoszona konsola aparatu, wbudowany system archiwizacji pozwalający na zapis danych pacjenta, obrazów statycznych, pętli obrazowych i raportów z badania, 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic wyłącznie elektronicznych, tryby obrazowanie B, kolor doppler, doppler PWD, power doppler, M, doppler CWD

Wyposażony **w głowicę convex** o zakresie częstotliwości min. 2-5 MHz, szerokość pola obrazowania min. 70 stopni, głowicę liniową o zakresie częstotliwości od min. 5-10 MHz, **głowicę kardiologiczną** o zakresie częstotliwości min. 2-4 MHz, kąt skanowania min 110 stopni, ilość elementów min. 192, **głowica endocavitarna** zakresie częstotliwości min. 4-8 MHz, ilość elementów min 192, kąt skanowania min 120 stopni, **głowica kardiologiczna pediatryczna** o zakresie częstotliwości pracy od min. 3,0 -7,0 MHz i kącie skanowania min 110 stopni. Zasilanie bateryjne pozwalające na przejazd między stanowiskami pracy. Wbudowany printer.

Aparat USG musi integrować się z posiadanym oprogramowaniem PergamonMED: PACS / VIEW, PergamonRIS, PergamonVIEW, Pergamon PUBLISH.

https://pergamonmed.com/pl/products/

W projekcie wskazano sprzęty o minimalnych parametrach technicznych. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie sprzętu o innej, równoważnej specyfikacji technicznej, pod warunkiem spełnienia określonych wymagań minimalnych oraz zachowania wymaganej funkcjonalności urządzeń.

2. **Warunki udziału w postępowaniu**

   ☒ nie dotyczy

   ☐ dotyczy

   O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot spełniający następujące warunki:

   a) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
   b) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.
   c) Kliknij lub naciśnij tutaj, aby wprowadzić tekst.

   Oferent musi spełniać wszystkie wyżej wymienione warunki udziału w postępowaniu, które oceniane są zero –jedynkowo (według formuły: spełnia – nie spełnia). Niespełnienie któregokolwiek z w/w warunków udziału w postępowaniu będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.
3. Oferty muszą zostać złożone na formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
4. Każdy wykonawca może złożyć 1 ofertę.
5. Złożone **oferty muszą być ważne przez okres 90 dni od dnia ich przesłania**.
6. Oferty muszą zostać podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, przy czym upoważnienie to może wynikać z dokumentów rejestrowych lub z pełnomocnictwa.
7. **Kryteria oceny ofert.** Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria (wybrać właściwe):
   Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta spośród ofert prawidłowych formalnie, która otrzyma największą liczbę punktów.

Nazwa kryterium	Waga
☒ Cena	**80%** **waga maksymalnie 80 pkt.** Liczba punktów będzie przyznana w następujący sposób: Liczba pkt. = (cena netto najtańszej oferty/cena netto badanej oferty) x 80 pkt

☐ Termin realizacji zamówienia	**n/d**
☒ Okres gwarancji	**20%** **waga maksymalnie 20 pkt.** Liczba punktów będzie przyznawana w następujący sposób: Oferowany okres gwarancji (podany w liczbie miesięcy) **12 miesięcy - 5 pkt** **24 miesiące - 10 pkt** **36 miesięcy – 15 pkt.** **48 miesięcy – 20 pkt.**
☐ Inne …	**n/d**

Spośród ważnych ofert, Zamawiający uzna za najkorzystniejszą i wybierze ofertę, która spełni wszystkie wymagania określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów w kryteriach oceny ofert.

8. Zamawiający ~~**przewiduje**~~**/nie przewiduje** możliwości składania ofert częściowych.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania zapytania, zamknięcia zapytania bez dokonywania wyboru oferty lub do unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podawania przyczyny.
10. **Zamawiający zawiadomi o wyborze najkorzystniejszej oferty oferentów, którzy złożyli oferty przesyłając informacje na adres poczty elektronicznej.**
11. Zamawiający informuje, że umowa będzie zawierana w formie pisemnej.
12. **Osoby do kontaktu**
    W kwestiach związanych z realizacją zamówienia proszę kontaktować się z Panem/~~-ią~~ **Maciejem Borowicz** e-mail: ikar.projekty25@gmail.com tel. 604 615 097

Podpis osoby reprezentującej Zamawiającego

Podpisano przez/ Signed by:
Maciej Andrzej
Borowicz
Data/ Date: 29.10.2026 13:25
mSzafir

_____

\

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Załącznik nr 17a do Procedury naboru OŚWIADCZENIE o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym